

Pulidores de cápsula Visitec®

Material estéril de un solo uso

HOJA DE DATOS

Clase de producto: Clase I FDA Clase IIa MDD, estéril, de un solo uso De conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios	Vida útil: <ul style="list-style-type: none">Cinco (5) años a partir de la fecha de fabricación.
Fabricante: 581604, 581605, 581614, 581645, 585143, 585147 Beaver-Visitec International, Ltd. Bidford, Reino Unido 585005, 585017, 585041 Beaver-Visitec International, Inc. Waltham, MA, EE. UU.	Uso previsto: <ul style="list-style-type: none">Pulido de la cápsula durante cirugía de cataratas.
Información de certificación: Certificado CE ISO 13485:2003 ISO 14001:2004	Composición del producto: <ul style="list-style-type: none">Centro: polipropileno.Cánula: acero inoxidable.Tubos para 585005, 585017 y 585041 solo: silicona.Sin: látex/PVC/ftalatos/componentes de origen animal.
Para el producto estéril: <ul style="list-style-type: none">Rayos gamma.Synergy Health, Reino Unido.Steris Corporation/Isomedix Services, EE. UU.	Material de embalaje: <ul style="list-style-type: none">Principal: funda de polipropileno (excepto 585143).Secundario: blíster de PETG/tapa de Tyvek recubierta.

MEDICALMIX










PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

bvi Beaver Visitec
Keeping Your Vision in Sight

Características generales:

- Para su uso en el procedimiento oftálmico de extracción de cataratas.
- El producto se utiliza para pulir la cápsula después de una extracción de cataratas y antes de insertar el implante de lente intraocular.
- Las cánulas de punta flexible con manguito de silicona se extienden 3 mm desde la punta de metal y se utilizan para la extracción atraumática de material cortical.
- El material de silicona de la cánula de punta flexible es suave y está diseñado para reducir el riesgo de romper la cápsula posterior y/o dañar otro tejido ocular.

Advertencia y precauciones: Consulte la etiqueta y el folleto de la caja.

Pulidores de cápsula Visitec®			
N.º de artículo	Descripción		Cantidad por caja
BVI-581604		Pulidor de cápsula Visitec® (Kratz) 0,8 mm x 22 mm (21 G x 7/8 in)	10
BVI-581605		Pulidor de cápsula Visitec® (Kratz) 0,6 mm x 22 mm (23 G x 7/8")	10
BVI-581614		Pulidor de cápsula Visitec® 0,8 mm x 22 mm (21 G x 7/8 in)	10
BVI-581645		Raspador posterior Visitec® (Simcoe) 0,6 mm x 22 mm (23 G x 7/8")	10
BVI-585143		Pulidor de punta de oliva Visitec® 0,6 mm x 25 mm (23 G x 1") (30°)	10
BVI-585147		Cánula de punta de oliva Visitec® 0,6 mm x 22 mm (23 G x 7/8")	10
BVI-585005		Cánula de punta flexible Visitec® 0,4 mm x 22 mm (27 G x 7/8")	10
BVI-585017		Cánula de punta flexible Visitec® 0,5 mm x 22 mm (25 G x 7/8")	10
BVI-585041		Cánula de punta flexible Visitec® 0,6 mm x 22 mm (23 G x 7/8")	10

Solo para clientes de EE. UU.:

411 Waverley Oaks Road
Waltham, MA, 02452, EE. UU.
Oficina: 866.906.8080
Fax: 866.906.4304
www.beaver-visitec.com

Todos los demás clientes:

85c Park Drive
Milton Park
Abingdon, Oxfordshire
OX14 4RY Reino Unido
Oficina: +44 1865 601 256
Fax: +44 1865 595 761
www.beaver-visitec.com

Distribuido por:

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA