Instrumentos desechables de toma retroactiva VitreQ

Material estéril de un solo uso



FICHA TÉCNICA

Clase de producto: Clase FDA I Clase MDD IIa estéril, un solo uso	**Caducidad:** • Cinco (5) años desde la fecha de fabricación
Fabricante: VitreQ Países Bajos	**Instrucciones:** • Instrumento manual destinado a manejar líquidos y gases durante la cirugía vitreorretiniana
Certificados: Certificado CE ISO 13485	**Composición del producto:** • **Mango / agujas Hub:** ABS • **Depósito:** SEBS • **Dispositivo:** poliamida • **Eje:** aleación de níquel-cobalto • **Cepillo:** silicona • **Tubos:** conectores de silicona y nylon • **Ausencia de:** látex / ftalatos / componentes de origen animal
Para productos estériles: • ETO	**Material del embalaje:** • **Primario:** bandeja PETG y bolsa de papel • **Secundario:** caja de cartón

Vitreq

www.vitreq.com

bvi Beaver Visitec
Keeping Your Vision in Sight

BVI, BVI Logo and all other trademarks (unless noted otherwise) are property of Beaver-Visitec international ("BVI") company© 2017 BVI #0590606 1217 Rev01

Características generales:

- Instrumentos desechables de toma retroactiva de varios modelos y tamaños.
- Código de colores para una fácil identificación del calibre.
- Control de aspiración pasivo y activo en un solo instrumento.
- Depósito ampliado para aumentar la capacidad de toma retroactiva.
- Se utiliza en la sala de operaciones u otras instalaciones estériles que proporcionan un área en la que se puede realizar una cirugía oftalmológica.

Advertencias y precauciones: Vea la etiqueta de la caja y el prospecto.

Información del producto:

Instrumentos desechables de toma retroactiva Vitreq		
Referencia	**Descripción**	**Cantidad por caja**
BVI-BF23.D01	Instrumento de toma retroactiva con cepillo 23G	5
BVI-BF23.D02	Instrumento de toma retroactiva con cepillo 23G	5
BVI-BF23.D05	Cepillo retráctil BF 23G	5
BVI-BF23.D07	Silicona extensible con punta BF 23G	5
BVI-BF25.D01	Instrumento romo de retorno flujo 25G	5
BVI-BF25.D02	Instrumento de toma retroactiva con cepillo de 25G	5
BVI-BF25.D05	Cepillo retráctil 25G BF	5
BVI-BF25.D07	Instrumento extensible de silicona con punta 25G BF	5
BVI-BF27.D01	Instrumento de toma retroactiva con cepillo 27G	5
BVI-BF27.D02	Instrumento de toma retroactiva con cepillo 27G	5
BVI-BF20.D01	Instrumento de toma retroactiva con cepillo 20G	5
BVI-BF20.D02	Instrumento de toma retroactiva con cepillo 20G	5
Consumibles esterilizados para instrumentos reusables de toma retroactiva, se venden por separado		
BVI-BF00.D51	Recipientes de toma retroactiva, pasivo	5
BVI-BF00.D52	Recipientes de toma retroactiva, activo	5
BVI-BF00.D53	Tubo desechable para aspiración activa	5
BVI-BF23.D51	Agujas de sutura 23G BF	5
BVI-BF23.D52	Cepillo de agujas 23G BF	5
BVI-BF25.D51	Agujas de sutura 25G BF	5
BVI-BF25.D52	Cepillo de agujas 25G BF	5
BVI-BF20.D51	Agujas de sutura 20G BF	5
BVI-BF20.D52	Cepillo de agujas 20G BF	5

Distribuido por:

MEDICALMIX
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

Vitreq

www.vitreq.com

bvi Beaver Visitec
Keeping Your Vision in Sight

BVI, BVI Logo and all other trademarks (unless noted otherwise) are property of Beaver-Visitec international ("BVI") company© 2017 BVI #0590606 1217 Rev01