

# Cánulas de cápsula Visitec®

Material estéril de un solo uso

## HOJA DE DATOS

<b>Clase de producto:</b> Clase I FDA Clase IIa MDD, estéril, de un solo uso De conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios	<b>Vida útil:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Cinco (5) años a partir de la fecha de fabricación.</li></ul>
<b>Fabricante:</b> <b>581604, 581605, 581614, 581645, 585143, 585147</b> Beaver-Visitec International, Ltd. Bidford, Reino Unido  <b>585005, 585017, 585041</b> Beaver-Visitec International, Inc. Waltham, MA, EE. UU.	<b>Uso previsto:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Pulido de la cápsula durante cirugía de cataratas.</li></ul>
<b>Información de certificación:</b>  Certificado CE  ISO 13485:2003 ISO 14001:2004	<b>Composición del producto:</b> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Centro:</b> polipropileno.</li><li><b>Cánula:</b> acero inoxidable.</li><li><b>Tubos para 585005, 585017 y 585041 solo:</b> silicona.</li><li><b>Sin:</b> látex/PVC/ftalatos/componentes de origen animal.</li></ul>
<b>Para el producto estéril:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Rayos gamma.</li><li>Synergy Health, Reino Unido.</li><li>Steris Corporation/Isomedix Services, EE. UU.</li></ul>	<b>Material de embalaje:</b> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Principal:</b> funda de polipropileno (excepto 585143).</li><li><b>Secundario:</b> blíster de PETG/tapa de Tyvek recubierta.</li></ul>

# MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

 **Beaver Visitec**  
Keeping Your Vision in Sight

## Características generales:

- Para su uso en el procedimiento oftálmico de extracción de cataratas.
- El producto se utiliza para pulir la cápsula después de una extracción de cataratas y antes de insertar el implante de lente intraocular.
- Las cánulas de punta flexible con manguito de silicona se extienden 3 mm desde la punta de metal y se utilizan para la extracción atraumática de material cortical.
- El material de silicona de la cánula de punta flexible es suave y está diseñado para reducir el riesgo de romper la cápsula posterior y/o dañar otro tejido ocular.

**Advertencia y precauciones:** Consulte la etiqueta y el folleto de la caja.

Pulidores de cápsula Visitec®		
N.º de artículo	Descripción	Cantidad por caja
BVI-581604	Cánula pulidora de cápsula Visitec® (Kratz) 0,8 mm x 22 mm (21 G x 7/8 in)	10
BVI-581605	Cánula pulidora de cápsula Visitec® (Kratz) 0,6 mm x 22 mm (23 G x 7/8")	10
BVI-581614	Cánula pulidora de cápsula Visitec® 0,8 mm x 22 mm (21 G x 7/8 in)	10
BVI-581645	Cánula raspadora posterior Visitec® (Simcoe) 0,6 mm x 22 mm (23 G x 7/8")	10
BVI-585143	Cánula pulidora de punta de oliva Visitec® 0,6 mm x 25 mm (23 G x 1") (30º)	10
BVI-585147	Cánula de punta de oliva Visitec® 0,6 mm x 22 mm (23 G x 7/8")	10
BVI-585005	Cánula de punta flexible Visitec® 0,4 mm x 22 mm (27 G x 7/8")	10
BVI-585017	Cánula de punta flexible Visitec® 0,5 mm x 22 mm (25 G x 7/8")	10
BVI-585041	Cánula de punta flexible Visitec® 0,6 mm x 22 mm (23 G x 7/8")	10

### Solo para clientes de EE. UU.:

411 Waverley Oaks Road  
Waltham, MA, 02452, EE. UU.  
Oficina: 866.906.8080  
Fax: 866.906.4304  
www.beaver-visitec.com

### Todos los demás clientes:

85c Park Drive  
Milton Park  
Abingdon, Oxfordshire  
OX14 4RY Reino Unido  
Oficina: +44 1865 601 256  
Fax: +44 1865 595 761  
www.beaver-visitec.com



Distribuido por:

**MEDICALMIX**  
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA